

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Centrum hygienických laboratoří
Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava

PROTOKOL č. 25006/2013

Zákazník : Belva s.r.o.
Obránců míru 862
703 00 Ostrava

Číslo zakázky : 15110
Přijem vzorku : 13.5.2013 14:00
Vyšetření vzorku : 13.5.2013 - 20.5.2013
Číslo jednací : ZU/13665/2013
Číslo spisu : S-ZU/13665/2013
Spisový znak : 4.0.3

Vzorek číslo : 45565
Datum odběru : 13.5.2013 **Čas odběru :** 11:00
Název vzorku : Chleba
Množství vzorku : cca 1,0 kg
Místo odběru : Frýdek - Místek, provozovna Labužník, Celiak, Dolní 96 - výrobná
Matrice : potraviny
Vzorkoval : Kováčová
Způsob odběru : ručně
Účel odběru : dle požadavku zákazníka

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
lepek (gluten RIDASCREEN)	<5	mg/kg	SA	SOP 8.7.2.HP	-

Poznámka k odběru : Odběr vzorku není předmětem akreditace.

Metody v sloupci TYP: "SA" subdodávka akreditovaná


< - výsledek pod mez detekce, > - výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběrů vzorků.

Vedoucí CHL : Doškářová Šárka, RNDr.
Kontroloval : Burdová Jarmila, Ing.
Protokol vyhotovil: Burdová Jarmila, Ing.
Počet stran: 1
Dne: 20.5.2013


Ing. Vladimíra Němcová
vedoucí Oddělení anorganických analýz

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Centrum hygienických laboratoří
Partyzánské nám. 7, 702 00
Telefon: 596 200 167, Fax: 596 118 661 5